

Poznań, dnia 04 maja 2017 r.

**WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu aparatury medycznej na potrzeby Poznańskiego Ośrodka specjalistycznych Usług Medycznych” POSUM/ZPpn/3/2017

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie nr 1 dot. pozycji nr 33**

Czy Zamawiający zrezygnuje z Możliwości wyboru kolorystyki ramy łóżka przez Wykonawcę z min dwóch kolorów i dopuści rozwiązanie posiadające tylko 1 kolor?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

***PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 41 SIWZ – System zarządzania AV Sal operacyjnych***

**Pytanie nr 1 dot. pozycji nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza monitor dotykowy o mniejszej przekątnej (7 cali)?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 dot. pozycji nr 4**

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Produkt klasy medycznej, zgłoszony do urzędu wyrobów medycznych na terenie polski“? Produkty niemedyczne również spełniają wymogi funkcjonalne Zamawiającego.

**Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem podania certyfikatów CE.**

**Pytanie nr 3 dot. pozycji nr 6**

Czy Zamawiający dopuszcza podłączenia endoskopu poprzez gniazdo antybakteryjne np. Legrand?

**Tak, Zamawiający dopuszcza złącze antybakteryjne cyfrowe (HDMI) i analogowe (VGA)**

**Pytanie nr 4 dot. pozycji nr 11**

Czy Zamawiający dopuszcza przewody skrętki komputerowej?

**Tak, kategoria 6 lub wyżej.**

**Pytanie nr 5 dot. pozycji nr 14**

Czy konieczne jest stosowanie macierzy dyskowych?

**Nie, stosowanie macierzy nie jest konieczne.**

**Pytanie nr 6 dot. pozycji nr 17**

Czy do transmisji sygnału AV pomiędzy salami zamawiający dopuszcza elementy nie będące wyrobem medycznym?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 dot. pozycji nr 19**

Czy Zamawiający dopuszcza mniejszy panel w innej technologii niż komputer PC spełniający tą samą funkcjonalność obsługi systemu ?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 dot. pozycji Enkoder wideo 1 - kanałowy DVI - 4 szt.**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z wejściem obrazu HDMI?

**Tak, spełniające te same parametry**

**Pytanie nr 9 dot. pozycji nr 47**

Czy Zamawiający dopuszcza kamery IP?

**Tak, spełniające te same parametry**

**Pytanie nr 10 dot. pozycji nr 65**

Czy Zamawiający dopuszcza wejścia video: 4x HDMI, Composite Video, Component Video ?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 dot. pozycji nr 66**

Czy Zamawiający dopuszcza monitory pozbawione wyjść wideo?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12 dot. pozycji nr 67**

Czy Zamawiający dopuszcza brak interfejsu optycznego sieci 10GB Ethernet SFP?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13 dot. pozycji nr 73**

Czy Zamawiający dopuszcza inne certyfikaty?

**Tak. Certyfikaty 1999/5/EC, R&TTE 2011/65/EU, RoHS 2009/125/EC, Ecodesign**

**Pytanie nr 14 dot. pozycji nr 74**

Czy Zamawiający dopuszcza montaż Vesa 200 lub Vesa 400?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15 dot. pozycji nr 79**

Czy Zamawiający dopuszcza produkty z poza klasy medycznej?

**Tak. Pod warunkiem posiadania certyfikatów CE.**

**Pytanie nr 16 dot. pozycji nr 80**

Czy Zamawiający dopuszcza kamerę podsufitowa w technologii IP?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17 dot. pozycji nr 82**

Czy Zamawiający dopuszcza kamery bez zoomu optycznego?

**Tak. Pod warunkiem realizowania funkcji przy pomocy zoomu cyfrowego.**

**Pytanie nr 18 dot. pozycji nr 85**

Czy Zamawiający dopuszcza kamery bez sterowania?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19 dot. pozycji nr 100**

Czy Zamawiający dopuszcza głośnik jednodrożny pełnozakresowy?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20 dot. pozycji nr 111**

Czy Zamawiający dopuszcza system oparty na technologii HD Base-T?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21 dot. pozycji nr 125**

Czy Zamawiający dopuszcza system bez tej funkcjonalności?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22 dot. pozycji nr 126**

Czy Zamawiający dopuszcza system bez tej funkcjonalności?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23 dot. pozycji nr 127**

Czy Zamawiający dopuszcza przewody skrętki komputerowej?

**Tak. Kategoria 6 lub wyżej.**

**Pytanie nr 24 dot. pozycji nr 138**

Czy Zamawiający dopuszcza wyjścia obrazowe HDMI?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25 dot. pozycji nr 148**

Czy Zamawiający dopuszcza podłączanie mobilnych źródeł przez przyłącza ściennie?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 26 dot. pozycji nr 149**

Czy Zamawiający dopuszcza podłączanie mobilnych źródeł przez przyłącza ściennie?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27 dot. pozycji nr 165**

Czy Zamawiający dopuszcza przewody skrętki komputerowej?

**Tak. Kategoria 6 lub wyżej.**

***PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 42 SIWZ – System zarządzania AV sali endoskopowej***

**Pytanie nr 1 dot. pozycji nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza produkty z poza klasy medycznej?

**Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem podania certyfikatów CE.**

**Pytanie nr 2 dot. pozycji nr 5**

Czy zamawiający dopuszcza podłączenia endoskopu poprzez gniazdo antybakteryjne np. Legrand ?

**Tak, Zamawiający dopuszcza złącze antybakteryjne cyfrowe (HDMI) i analogowe (VGA)**

**Pytanie nr 3 dot. pozycji nr 9**

Czy Zamawiający dopuszcza przewody skrętki komputerowej?

**Tak. Kategoria 6 lub wyżej.**

**Pytanie nr 4 dot. pozycji nr 13**

Czy do transmisji sygnału AV pomiędzy salami zamawiający dopuszcza elementy nie będące wyrobem medycznym?

**Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem podania certyfikatów CE.**

**Pytanie nr 5 dot. pozycji nr 14**

Czy do transmisji sygnału AV pomiędzy salami zamawiający dopuszcza elementy nie będące wyrobem medycznym?

**Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem podania certyfikatów CE.**

**Pytanie nr 6 dot. pozycji nr 15**

Czy Zamawiający dopuszcza mniejszy panel w innej technologii niż komputer PC spełniający tą sama funkcjonalność obsługi systemu?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 dot. pozycji nr 36**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z wejściem obrazu HDMI?

**Tak. Spełniające te same parametry.**

**Pytanie nr 8 dot. pozycji nr 43**

Czy Zamawiający dopuszcza kamery IP?

**Tak. Spełniające te same parametry.**

**Pytanie nr 9 dot. pozycji nr 56**

Czy zamawiający dopuszcza wejścia video: 4x HDMI, Composite Video, Component Video ?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10 dot. pozycji nr 57**

Czy zamawiający dopuszcza monitory pozbawione wyjść wideo ?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 dot. pozycji nr 58**

Czy zamawiający dopuszcza brak interfejsu optycznego sieci 10GB Ethernet SFP+?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12 dot. pozycji nr 65**

Czy Zamawiający dopuszcza inne certyfikaty?

**Tak. Certyfikaty 1999/5/EC, R&TTE 2011/65/EU, RoHS 2009/125/EC, Ecodesign**

**Pytanie nr 13 dot. pozycji nr 66**

Czy zamawiający dopuszcza montaż Vesa 200 lub Vesa 400?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14 dot. pozycji nr 71**

Czy Zamawiający dopuszcza kamerę podsufitowa w technologii IP?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15 dot. pozycji nr 73**

Czy Zamawiający dopuszcza kamery bez zoomu optycznego?

**Tak. Pod warunkiem realizowania funkcji przy pomocy zoomu cyfrowego.**

**Pytanie nr 16 dot. pozycji nr 76**

Czy Zamawiający dopuszcza kamery bez sterowania?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17 dot. pozycji nr 91**

Czy Zamawiający dopuszcza głośnik jednodrożny pełnozakresowy?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18 dot. pozycji nr 108**

Czy Zamawiający dopuszcza system bez tej funkcjonalności ?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19 dot. pozycji nr 109**

Czy Zamawiający dopuszcza system bez tej funkcjonalności ?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20 dot. pozycji nr 110**

Czy Zamawiający dopuszcza przewody skrętki komputerowej?

**Tak. Kategoria 6 lub wyżej.**

**Pytanie nr 21 dot. pozycji nr 121**

Czy Zamawiający dopuszcza wyjścia obrazowe HDMI?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22 dot. pozycji nr 131**

Czy Zamawiający dopuszcza podłączanie mobilnych źródeł przez przyłącza ściennie?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23 dot. pozycji nr 132**

Czy Zamawiający dopuszcza podłączanie mobilnych źródeł przez przyłącza ściennie?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24 dot. pozycji nr 148**

Czy zamawiający dopuszcza przewody skrętki komputerowej ?



**Tak. Kategoria 6 lub wyżej.**

***PYTANIA DOTYCZĄ SIWZ rozdział IX pkt 1.1.2.b ppkt 9***

Czy Zamiający zmieni wymóg dotyczący conajmniej dwóch dostaw i montażu specjalistycznego wyposażenia AV do sali operacyjnej, w skład której wchodziło: system w technologii światowodowej wykorzystujący element typu dekodery i enkodery na kwotę min. 500 000,00 zł brutto na jedną realizację dostaw i montażu specjalistycznego wyposażenia AV do sali operacyjnej na min. 300 000,00 zł brutto?

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

*Ad. 26. Czy Zamawiający dopuści defibrylator, w którym szybkość wydruku wynosi 25 mm/sek?*

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**